NimaCare

Nima Köksdyna (keukenstoelkussen)

Keukenstoelkussen van koudschuim — afgeronde achterrand en bevestigingsbanden



Afgeronde achterrand — past in keukenstoelen

Beoogd gebruik

Keukenstoelkussen van koudschuim bedoeld voor gebruikers die een verhoogde, comfortabele zithouding nodig hebben om het opstaan te vergemakkelijken, en voor meer comfort bij het zitten. Het materiaal helpt warmte en vocht van het zitvlak af te voeren. Het kussen heeft een afgeronde achterrand die in keukenstoelen past, en bevestigingsbanden waarmee het kussen eenvoudig aan de rugleuning van de stoel kan worden bevestigd.

Gebruiksomgeving: primair keukenstoelen — kan ook op ander zitmeubilair worden gebruikt. **Gebruikers:** de gebruiker zelf, of zorgpersoneel/naasten na behoeftebeoordeling. **Levering:** het kussen wordt gebruiksklaar geleverd — geen instelling of aanpassing nodig. **Materiaal:** kussenbasis van koudschuim (dichtheid 55 kg/m³). Brandvertragende polyesterhoes met twee bevestigingsbanden.

Constructie

Koudschuimbasis (55 kg/m³) — stevig, vormvast fundament. Brandvertragende polyesterhoes met twee bevestigingsbanden. Afgeronde achterrand, aangepast aan keukenstoelen.

Zo gebruikt u het kussen

1. Haal het kussen uit de verpakking.
2. Plaats het kussen op de keukenstoel met de afgeronde rand achter, en bind de banden rond de rugleuning.
3. Controleer of de maat van het kussen bij de zitting van de stoel past — kies zo nodig een andere maat.
4. Het kussen is klaar voor gebruik — geen aanpassing nodig.

Reconditionering & onderhoud

Tussen gebruikers: neem de kussenbasis af met desinfectiemiddel of een zeepoplossing van 40 °C. **Was de kussenbasis niet in de wasmachine.**

Drogen: laat de basis plat drogen in een droogkast of vrij liggend.

Hoes: machinewas 60 °C, geschikt voor de droogtrommel.

Afvoer: een afgedankt kussen wordt gesorteerd als brandbaar afval.

Belangrijk om op te letten

- Het keukenstoelkussen is **geen drukontlastend kussen** — kies een ander kussen bij risico op decubitus.
- Controleer vóór gebruik of de bevestigingsbanden goed vastgeknoopt zijn.
- Inspecteer het kussen en de huid regelmatig.

Gebruikersgewicht	Max 150 kg (alle maten)
Materiaal	Koudschuim 55 kg/m³ · Brandvertragende polyesterhoes
Vormgeving	Afgeronde achterrand · Twee bevestigingsbanden · Aangepast aan keukenstoelen
Maten	Zitbreedte/-diepte volgens artikelnummer (DKHsbsd)
Gewicht	0,6–1,0 kg afhankelijk van de maat
Levensduur	Verwacht 5 jaar · Garantie 2 jaar

Accessoires

• Standaardhoes van polyester *(meegeleverd)*
• Incontinentiehoes

CE MD i Basis: Hoes: 60

Zie pagina 2 voor verklaring van symbolen en volledige MDR-info.

Technische documentatie en MDR-informatie

Aanvullende regelgevingsinformatie volgens Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR). Beoogd gebruik, constructie, gebruikersgewicht, accessoires en onderhoud staan vermeld op pagina 1.

Productidentificatie en classificatie

Indeling artikelnummer: DKHsbsdsh (waarbij sb = zitbreedte, sd = zitdiepte, sh = zithoogte in cm — bijv. DKH434075).
ISO-code: 12 25 06 — Drukverdelend kussen (ISO 9999).
Classificatie: Medisch hulpmiddel klasse I volgens MDR (EU) 2017/745, regel 1.
Beoogde gebruiker: gebruiker na behoeftebeoordeling door een bevoegde voorschrijver.
UDI-DI: Elke maat heeft een eigen UDI-DI volgens GS1 (GTIN). Voorbeeld: DKH434075 → GTIN 7333376000019.
Streepjescode: EAN-13.
Steriel/hergebruik: Niet-steriel; herbruikbaar tussen gebruikers na reconditionering volgens de instructies op pagina 1.

Tests en normen

Brandtest volgens: ISO 7176-16 (ontvlambaarheid van beklede rolstoelonderdelen).
Symbolen: Etikettering volgens EN ISO 15223-1 (medische hulpmiddelen) en ISO 3758 (textielonderhoud).
Kwaliteitsmanagement: Vervaardigd volgens ISO 13485.
Conformiteitsverklaring: De fabrikant heeft een EU-conformiteitsverklaring opgesteld — neem contact op met Nimacare AB voor de actuele versie.

Beperkingen

- Gebruikers met **bestaande decubitus van categorie 3 of 4** op het zitvlak — beoordeling door een bevoegde voorschrijver vereist vóór gebruik.
- Gebruikersgewicht boven de toegestane grens voor de betreffende maat (zie pagina 1).
- Gebruik van een beschadigd kussen.

Opslag, inspectie en omgeving

- Inspecteer kussen en hoes regelmatig — een beschadigd product mag niet worden gebruikt.
- Vermijd gebruik in de buurt van open vuur of sterke warmtebronnen.
- Koel en droog bewaren. Vermijd langdurig direct zonlicht.
- Gebruik geen oplosmiddelen bij het reinigen.

Aanpassing

Het kussen mag **niet op maat worden gesneden**. Is een andere maat nodig — kies dan een andere maat uit het assortiment. Wijziging of insnijding betekent dat de CE-markering haar geldigheid verliest en dat de aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt.

Restrisico's

Zoals bij alle zitkussens blijft er een risico op drukletsel bij langdurige ononderbroken belasting of als huidcontrole achterwege blijft. **Een verkeerde maat of oriëntatie** kan het risico op drukletsel, instabiel zitten en verkeerde houdingen vergroten. Gebruikers met verminderd gevoel of verminderde doorbloeding moeten extra worden opgevolgd.

Melden van ernstige incidenten

Ernstige incidenten in verband met het gebruik van het product moeten worden gemeld aan Nimacare AB (info@nimacare.se) en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd. In Zweden worden incidenten gemeld aan **Läkemedelsverket** (www.lakemedelsverket.se).

Fabrikant en contact voor regelgeving

Nimacare AB
Sigurdvägen 4, 18254 Djursholm, Sverige
SRN (EUDAMED): SE-MF-000050989
Tel: +46 (0)70 635 50 70 · E-mail: info@nimacare.se · Website: www.nimacare.se
Persoon verantwoordelijk voor naleving van de regelgeving (PRRC) volgens MDR art. 15 — contact via info@nimacare.se.

Verklaring van symbolen

Symbolen voor medische hulpmiddelen volgens **EN ISO 15223-1**. Was- en onderhoudssymbolen volgens **ISO 3758**.



Medisch hulpmiddel



CE-markering — voldoet aan MDR (EU) 2017/745



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing


Fabrikant


Afnemen — alleen basis, niet in de wasmachine



Machinewas 60 °C — alleen hoes


Plat drogen — basis plat laten drogen


Drogen in droogtrommel toegestaan — hoes, normale temperatuur

Documentinformatie: Dit productblad vormt zowel de productinformatie als de gebruiksaanwijzing in papieren vorm volgens MDR (EU) 2017/745, bijlage I, punt 23. Laatste revisie: 2026-11-26. Document-ID: NIMA-DKH-NL-IFU-Rev2026-11-26. Bij verschillen tussen deze versie en een later gepubliceerde versie op www.nimacare.se geldt de latere versie. Het product is op het etiket voorzien van een UDI-DI — controleer of de UDI op het etiket overeenkomt met de levering.